

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ АС803

1. Назначение

Приспособление АС803 предназначено для измерения расстояния между пьезоэлектрическими преобразователями (далее - ПЭП) в ультразвуковых преобразователях расхода (далее - УПР). АС803 может применяться взамен приспособления ПР003 для УПР в комплектах расходомеров - счетчиков US800, UFM001, UFM005. АС803 позволяет измерять базовое расстояние между ПЭП до 3 м.

2. Комплектность


Штангенглубиномер	ШГ- 400	1
Штанга калиброванная	460 мм	4
Штанга калиброванная	350 мм	2
Штанга калиброванная	175 мм	2
Штанга измерительная		1
Заглушка		1

3. Свидетельство о приемке

Приспособление АС803 соответствует требованиям, предъявляемым к монтажу и поверке ультразвуковых расходомеров - счетчиков жидкости US800, UFM001, UFM005 .

М.П. Дата выпуска _____
 Подпись _____

Адрес: г. Чебоксары, ул. Гузовского, 13а
тел. (8352) 45-81-12, 45-81-21; www.encont.ru; us800@mail.ru





ПРИСПОСОБЛЕНИЕ АС803 ПАСПОРТ